

**Protocolo institucional para TC de crânio**

Tensão do tubo	Corrente do tubo	colimação do feixe	Espessura do corte	Rotação do tubo	Picth
120 Kv	250 mAs	1,0 mm	1,0 mm	1s	0,55




Figura 7 -A representa o grupo A e 1B apresenta o grupo B

	Temperatura (°C)	Umidade (%)	CRÂNIO S/ Dose (mSv)	CRÂNIO C/ Dose (mSv)	MAMA S/ Dose (mSv)	MAMA C/ Dose (mSv)
Número de amostras (N)	20	20	20	20	20	20
MÉDIA	21,4	28,6	6009,5	5951,5	117,0	25,9
Intervalo de Confiança de 95% para a Média: Limite Inferior	21,3	28,3	5825,6	5769,1	105,2	20,2
Intervalo de Confiança de 95% para a Média: Limite superior	21,4	28,9	6193,4	6133,8	128,8	31,5
Média Aparada de 5%	21,4	28,6	6018,6	5965,7	114,2	23,6
Mediana	21,4	29,0	6176,0	6107,0	114,0	23,0
Variância	0,0	0,4	154481,1	151861,2	638,2	143,6
Desvio Padrão	0,1	0,6	393,0	389,7	25,3	12,0
Mínimo	21,3	28,0	5310,0	5235,0	81,0	18,0
Máximo	21,6	30,0	6546,0	6412,0	203,0	74,0
Amplitude	0,3	2,0	1236,0	1177,0	122,0	56,0
Intervalo Interquartil	0,2	1,0	693,5	772,8	25,0	6,5
Assimetria	0,6	0,4	-0,7	-0,7	2,1	3,7
Curtose	-0,8	-0,6	-1,0	-1,1	6,7	15,3
P-valor Shapiro-Wilk	0,002	0,000	0,003	0,008	0,002	0,000
Distribuição	Não Normal	Não Normal	Não Normal	Não Normal	Não Normal	Não Normal

TABELA 5 – Tabela de testes estatísticos.